

## KARNE ALINACAK DEĞERLENDİRME TÜRÜ

Torch Paneli

## DEĞERLENDİRME BAŞLAMA DÖNEMİ

2015-10

Karneyi Oluştur

Yazdır

Lab. No: 99

Lab. Adı: BURTOM TIBBİ TAHLİL

LABORATUVARLARI

Şehir: BURSA

Örnekler: 2014-05,10,2015-05,10

2014 - 2015 TORCH PANELİ DEĞERLENDİRME  
SONUÇLARILABPT LABORATUVARLARARASI  
KARŞILAŞTIRMA PROGRAMI

Testler	Dönem	Gönderilen Sonuç	Doğru Sonuç	Kat. Lab.	Negatif (%)	Pozitif (%)
Toksoplazma IgM	T-14-05-01	Negatif	Negatif	63	%100,00	%0,00
	T-14-05-02	Pozitif	Pozitif	63	%4,76	%95,24
	T-14-10-01	Negatif	Negatif	59	%100,00	%0,00
	T-14-10-02	Negatif	Negatif	58	%100,00	%0,00
	T-15-05-01	Pozitif	Negatif	59	%61,02	%38,98
	T-15-05-02	Pozitif	Negatif	56	%53,57	%46,43
	T-15-10-01	Negatif	Negatif	62	%98,39	%1,61
	T-15-10-02	Pozitif	Negatif	60	%61,67	%38,33
Toksoplazma IgG	T-14-05-01	Pozitif	Positive	55	%1,82	%98,18
	T-14-05-02	Pozitif	Pozitif	55	%0,00	%100,00
	T-14-10-01	Pozitif	Pozitif	52	%0,00	%100,00
	T-14-10-02	Pozitif	Pozitif	51	%1,96	%98,04
	T-15-05-01	Pozitif	Pozitif	51	%0,00	%100,00
	T-15-05-02	Pozitif	Pozitif	49	%0,00	%100,00
	T-15-10-01	Pozitif	Pozitif	55	%0,00	%100,00
	T-15-10-02	Pozitif	Pozitif	54	%0,00	%100,00
Rubella IgM	T-14-05-01	Negatif	Negatif	63	%100,00	%0,00
	T-14-05-02	Negatif	Negatif	63	%100,00	%0,00
	T-14-10-01	Negatif	Negatif	63	%100,00	%0,00
	T-14-10-02	Negatif	Negatif	62	%100,00	%0,00
	T-15-05-01	Negatif	Negatif	58	%100,00	%0,00
	T-15-05-02	Negatif	Negatif	55	%100,00	%0,00
	T-15-10-01	Negatif	Negatif	61	%98,36	%1,64
	T-15-10-02	Negatif	Negatif	60	%100,00	%0,00
Rubella IgG	T-14-05-01	Pozitif	Positive	56	%0,00	%100,00
	T-14-05-02	Pozitif	Pozitif	56	%1,79	%98,21
	T-14-10-01	Pozitif	Pozitif	54	%0,00	%100,00
	T-14-10-02	Pozitif	Pozitif	53	%0,00	%100,00
	T-15-05-01	Pozitif	Pozitif	52	%0,00	%100,00
	T-15-05-02	Pozitif	Pozitif	50	%0,00	%100,00
	T-15-10-01	Pozitif	Pozitif	55	%0,00	%100,00
	T-15-10-02	Pozitif	Pozitif	54	%0,00	%100,00
CMV IgM	T-14-05-01	Negatif	Negatif	58	%100,00	%0,00
	T-14-05-02	Negatif	Negatif	58	%100,00	%0,00
	T-14-10-01	Negatif	Negatif	57	%100,00	%0,00
	T-14-10-02	Negatif	Negatif	56	%100,00	%0,00
	T-15-05-01	Negatif	Negatif	48	%97,92	%2,08
	T-15-05-02	Negatif	Negatif	45	%100,00	%0,00

